

计量授权证书附件

3 1

成都市计量检定测试院

共 页 第 页

机构名称：

Name of organization 成都市东风路北二巷 5 号/成都市成华区成宏路 6 号

地址：

Address 曹晋

法人代表：

Legal representative 曹晋

负责人：

Person in charge 成都市市场监督管理局

主管部门：

Competent authority 成都市（部分项目全省）

授权区域：

Authorized region (川) 法计【2018】10101-3 号

授权形式：

Authorized type

证书编号： 2020 年 02 月 16 日

Number of certificate

发证日期： 2024 年 03 月 07 日

Issued on

有效日期： 四川省市场监督管理局

Valid to

发证机关：

Issued by



计量授权证书附件

共 页 第 页

发证机关提示：

- 一、被授权单位必须认真贯彻执行计量法律、法规。
- 二、被授权单位的相应计量标准，必须接受计量基准或者社会公用计量标准的检定。
- 三、被授权单位开展授权项目工作，必须接受授权单位的监督。
- 四、被授权单位必须按照授权范围开展工作，需要新增授权项目，应当向授权单位提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权后，方可开展新增授权项目的工作。
- 五、需要继续承担授权任务的被授权单位，在有效期满前六个月应当向授权单位提出申请；授权单位根据需要对被授权单位的申请进行复查，经复查合格的，延长有效期。
- 六、被授权单位需要终止所承担的授权项目工作，应当提前六个月向授权单位提出书面报告；未经批准不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

共 3 页 第 3 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to
1	聚合酶链反应分析仪(定性)	温度: (10~105)℃	温度: MPE: $\pm (0.5 \sim 1.5) ^\circ\text{C}$	JJF 1527-2015
2	工业铂热电阻	(-80~300)℃	AA 级及以下	JJG 229-2010
3	工业铜热电阻	(-50~150)℃	MPE: $\pm (0.30^\circ\text{C} + 0.006 t)$	JJG 229-2010
4	温度数据采集仪	(-50~150)℃ (内置传感器) (-80~300)℃ (外置传感器)	MPE: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 以下	JJF 1366-2012
5	普通人体用体温计	(30.0~43.0)℃	普通人体用体温计、 兽用体温计 :MPE: -0.15°C , $+0.10^\circ\text{C}$ 新生儿用体温计:MPE: $\pm 0.15^\circ\text{C}$ $T < 35.3$, MPE: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ $35.3 < T < 37.0$, MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ $37.0 < T < 39.0$, MPE: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ $39.0 < T < 41.0$, MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ $41.0 < T$, MPE: $\pm 0.3^\circ\text{C}$	JJG111-2003 JJG111-2019
6	医用电子体温计	(35.0~41.0)℃	MPE: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ MPE: $\pm 0.3^\circ\text{C}$	JJF1226-2009 JJG1162-2019
7	红外耳温计 以下空白	(35~42)℃	MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$	JJG1164-2019

国家质量监督检验检疫总局印制

计量授权证书附件

共 页 第 页

序号 Number	授权检定 项目名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定 规程编号 Number of verification specification referred to

国家质量监督检验检疫总局印制